

Pliego de Enmiendas

CP N°018-2022-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – EQUIPOS DE LABORATORIO - (FC N°014-2021)”

Referencia	Enmienda N°	Dice	Debe decir																																								
LINEAMIENTOS 8. Documentos que debe contener la oferta	Enmienda N° 01	g) El postor debe acreditar la siguiente experiencia: (...) Bienes similares: Bienes relacionados al objeto de o los ítems(s) que presente oferta.	g) El postor debe acreditar la siguiente experiencia: (...) Bienes similares: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.																																								
LINEAMIENTOS 17. Plazo de entrega	Enmienda N° 02	El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo en días calendario, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ÍTEM</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCION DEL BIEN</th> <th style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th style="text-align: center;">PLAZO DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Medidor de actividad de agua</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Analizador de células somáticas</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">60 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Analizador de leche</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">60 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Tamizadora de granos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">60 días</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	1	Medidor de actividad de agua	2	90 días	2	Analizador de células somáticas	2	60 días	3	Analizador de leche	3	60 días	4	Tamizadora de granos	1	60 días	El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo en días calendario, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ÍTEM</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCION DEL BIEN</th> <th style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th style="text-align: center;">PLAZO DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Medidor de actividad de agua</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Analizador de células somáticas</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Analizador de leche</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">90 días</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Tamizadora de granos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">90 días</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	1	Medidor de actividad de agua	2	90 días	2	Analizador de células somáticas	2	90 días	3	Analizador de leche	3	90 días	4	Tamizadora de granos	1	90 días
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA																																								
1	Medidor de actividad de agua	2	90 días																																								
2	Analizador de células somáticas	2	60 días																																								
3	Analizador de leche	3	60 días																																								
4	Tamizadora de granos	1	60 días																																								
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA																																								
1	Medidor de actividad de agua	2	90 días																																								
2	Analizador de células somáticas	2	90 días																																								
3	Analizador de leche	3	90 días																																								
4	Tamizadora de granos	1	90 días																																								
EETT Ítem 01: Medidor de actividad de agua	Enmienda N° 03	12. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> Lugar: En el local del IEST beneficiario Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 Duración: Entre 10 - 12 horas Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 	12. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> Lugar: En el local del IEST beneficiario Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 Duración: Entre 10 - 12 horas Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 																																								

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutorial sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutorial sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial - 10 a 12 horas de capacitación presencial -
EETT Ítem 02: Analizador de células somáticas	Enmienda N° 04	11. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Lugar: En el local del IEST beneficiario • Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 • Duración: Entre 10 - 12 horas • Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor • La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: <ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutorial sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial 	11. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Lugar: En el local del IEST beneficiario • Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 • Duración: Entre 10 - 12 horas • Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor • La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: <ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutorial sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial - 10 a 12 horas de capacitación presencial -
EETT Ítem 03: Analizador de leche	Enmienda N° 05	3. ACCESORIOS Y/O SUMINISTROS - Incluye agentes de limpieza para mínimo 200 calibraciones, y accesorios de instalación.	3. ACCESORIOS Y/O SUMINISTROS - Incluye soluciones de limpieza para al menos 200 usos y accesorios de instalación.
EETT Ítem 03: Analizador de leche	Enmienda N° 06	11. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Lugar: En el local del IEST beneficiario • Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 • Duración: Entre 10 a 12 horas • Características del capacitador: Profesional o técnico acreditado por el proveedor • La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: <ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial 	11. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Lugar: En el local del IEST beneficiario • Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 • Duración: Entre 10 a 12 horas • Características del capacitador: Profesional o técnico acreditado por el proveedor • La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: <ul style="list-style-type: none"> - 1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo - 3 – 4 horas de capacitación virtual sincrónica - 6 – 8 horas de capacitación presencial - 10 a 12 horas de capacitación presencial
EETT Ítem 04: Tamizadora de laboratorio	Enmienda N° 07	14. Mantenimiento preventivo Se incluye en el costo del equipo al menos (1) visita por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizará al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad.	Se procede a ELIMINAR – Mantenimiento preventivo de las EETT.

		Adicionalmente, el proveedor deberá indicar el mantenimiento preventivo que requerirá el equipo durante su vida útil para el correcto funcionamiento del mismo, debiendo atender al instituto de manera específica para dicha finalidad, en al menos una asistencia adicional a la visita durante el periodo de garantía.	
EETT Ítem 04: Tamizadora de laboratorio	Enmienda N° 08	2. Características: - Control de tiempo: Temporizador digital de 0 a 99.9 min	2. Características: - Control de tiempo: Temporizador digital de 1 a 99 min
EETT Ítem 04: Tamizadora de laboratorio	Enmienda N° 09	2. Características: - Tipo de protección IP 54 / IP 20	2. Características: - Tipo de protección IP 54 / IP 21