

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 043-2024-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM – CP 043-2024-PMESUT”

PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	NUMERAL, LITERAL	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - PODOSCOPIO DIGITAL	PODOSCOPIO DIGITAL / A02	EETT indican Escaneo Rápido (+/- 2s) SE SOLICITA : SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACEPTAR AMPLIACION DEL RANGO DEL ESCANEO RAPIDO PARA FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES. SE SUGIERE QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: A02 Escaneo Rápido (+/- Entre 0 y 4s)	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 01
2	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - PODOSCOPIO	PODOSCOPIO DIGITAL / A10	EETT indican CAPACIDAD DE MEDICION DE ANGULOS, LONGITUDES, REALIZACION DE ESTUDIO POSTURAL Y CURVAS LAMFI COMO MINIMO SE SOLICITA ESTE ITEM ES IGUAL AL ITEM A06. ENTENDEMOS QUE ES UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDER?	Se aclara que se trata de un error de tipeo en el cual se repite el ítem A10.
3	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - PODOSCOPIO	PODOSCOPIO DIGITAL / A15	EETT indican Resolución: 600 x 1200pp SE SOLICITA SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACEPTAR QUE LA RESOLUCION SEA 600X1200PP O RESOLUCION SEGÚN FABRICANTE PARA FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES. SE SUGIERE QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: A15 Resolución: 600 x 1200pp o Según fabricante.	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 02
4	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 01 - PODOSCOPIO	PODOSCOPIO DIGITAL / A18	EETT indican DIMENSIONES DE ZONA DE ESCANEEO: 320 X 500MM O UNA AREA MAYOR O IGUAL SE SOLICITA SE SOLICITA AL COMITÉ EVALUADOR ACEPTAR QUE, EN LAS DIMENSIONES DE LA ZONA SE PUEDAN INCLUIR QUE LAS MEDIDAS SEGÚN FABRICANTE TAMBIEN SEAN VALIDAS, PARA FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES. SE SUGIERE QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: A18 DIMENSIONES DE ZONA DE ESCANEEO: 320 X 500MM O UNA AREA MAYOR O IGUAL O DIMENSIONES SEGÚN FABRICANTE	VER PLIEGO DE ENMIENDAS N° 03

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 043-2024-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM – CP 043-2024-PMESUT”

PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	NUMERAL, LITERAL	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
5	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 02 - PHMETRO DIGITAL	PHMETRO DIGITAL/ A04	<p>EETT indican CON INTERFACE PARA COMUNICACIÓN CON PC</p> <p>SE SOLICITA SE SOLICITA ALCOMITÉ EVALUADOR ACEPTAR QUE SEA OPCIONAL LA COMUNICACIÓN CON PC PARA ASI FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES. SE SUGIERE QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>A04 CON INTERFACE PARA COMUNICACIÓN CON PC (OPCIONAL).</p>	No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT
6	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 02 - PHMETRO DIGITAL	PHMETRO DIGITAL/ C01	<p>EETT indican DOS (02) SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN COMO MÍNIMO DE 20 ML CADA UNO DE</p> <p>SE SOLICITA SE SOLICITA ALCOMITÉ EVALUADOR LA ACLARACION DE ESTE ITEM DEBIDO A QUE PARECIERA QUE ESTA INCOMPLETO. ENTENDEMOS QUE ES UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDER?</p>	Se Aclara que es un Error de Típeo, la aclaración seria la siguiente. C01. DOS (02) SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN COMO MÍNIMO DE 20 ML CADA UNO DE DIFERENTE pH (ACIDO Y BASE)
7	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 02 - PHMETRO DIGITAL	PHMETRO DIGITAL/ C02	<p>EETT REQUISITOS DE ENERGIA indican DIFERENTE pH (ACIDO Y BASE</p> <p>SE SOLICITA SE SOLICITA ALCOMITÉ EVALUADOR LA ACLARACION DE ESTE ITEM DEBIDO A QUE PARECIERA QUE ESTA INCOMPLETO Y QUE SE COMPLEMENTA CON EL ITEM C02 POR ELLO ENTENDEMOS QUE ES UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDER?</p> <p>DE SER CORRECTO, SE SOLICITA LA CORRECCION DE LOS ITEM C01 Y C02, QUEDANDO SOLO UN ITEM DE LA SIGUIENTE MANERA: C01 DOS (02) SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN COMO MÍNIMO DE 20 ML CADA UNO DE DIFERENTE pH (ACIDO Y BASE)</p>	Se Aclara que es un Error de Típeo, la aclaración seria la siguiente. C01. DOS (02) SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN COMO MÍNIMO DE 20 ML CADA UNO DE DIFERENTE pH (ACIDO Y BASE)

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 043-2024-PMESUT

“ADQUISICIÓN DE BIENES PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM – CP 043-2024-PMESUT”

PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	NUMERAL, LITERAL	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
8	OFERENTE 02	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 02 - PHMETRO DIGITAL	PHMETRO DIGITAL/ A04	<p>EETT indican CON INTERFACE PARA COMUNICACIÓN CON PC</p> <p>SE SOLICITA</p> <p>Las características buscadas pertenecen al equipo PH 700 de la marca OAKTON, sin embargo, este modelo no cuenta con interface para comunicación con pc. Se solicita al comité confirmar se puede cotizar el modelo PH 700, ya que es un modelo más comercial y sí se podría cumplir con las unidades deseadas (17 unidades).</p>	<p>No se acoge la solicitud - Ceñirse a lo señalado en las EE.TT</p>

Lima, 04 de octubre de 2024