

COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P00139
ADQUISICION DE BALANZAS Y OTROS EQUIPOS PARA EL IEST 4 DE JUNIO DE 1821 – JAEN
ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los items, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DIAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ITEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	No se acoge la consulta.
2	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	GARANTIA	Se solicita al Comité de Evaluación, muy amablemente, se considere la posibilidad de unificar la garantía para todos los equipos en 12 meses, en atención a que dicha garantía constituye el estándar que los principales fabricantes y distribuidores ofrecen de manera regular. Establecer un plazo de 12 meses permite homogeneizar las condiciones técnicas entre los distintos equipos y simplificar la gestión de mantenimiento y soporte. Cabe señalar que, en la práctica, garantías superiores a 12 meses suelen implicar costos adicionales que se trasladan al precio final, encareciendo la adquisición sin necesariamente representar un beneficio proporcional. Por lo expuesto, solicitamos se aclare si es posible que se acepte como válida una garantía estándar de 12 meses para todos los equipos.	No se acoge la consulta.
3	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-186 BALANZA DE MESA 20 KILOS	A04 SENSIBILIDAD 1GR/2GR	Solicitamos al Comité, ampliar la especificación donde la sensibilidad pueda ser 0.5 gr o 1 gr o 2 gr.	Se acoge la consulta. A04: SENSIBILIDAD ENTRE 0.5GR A 2GR
4	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-186 BALANZA DE MESA 20 KILOS	C01 CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA 220 VAC / 60Hz / TIERRA. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO) 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.	Solicitamos al Comité considerar la CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA 220 VAC / 60Hz / TIERRA. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO) 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM O SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE.	Ceñirse a lo requerido en la EETT. En la obra los tomacorrientes son tipo schuko o tres en línea.
5	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-186 BALANZA DE MESA 20 KILOS	A07 BANDEJA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE DE 30 X 23 CM APROXIMADAMENTE.	Solicitamos al Comité ampliar la especificación de la Bandeja grande de acero inoxidable de 30 x 23 cm +/- 2 cm, con la finalidad de aceptar mayor participación de proveedores.	Se indica medidas aproximadas, el +/- 2cm está dentro del rango solicitado
6	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-325 BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	B01 ADAPTADOR DE ENERGÍA TIPO SCHUKO PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA DE 220 VAC DE ENTRADA.	Solicitamos al Comité considerar el ADAPTADOR DE ENERGÍA TIPO SCHUKO PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA DE 220 VAC DE ENTRADA O SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE.	Ceñirse a lo requerido en la EETT. En la obra los tomacorrientes son tipo schuko o tres en línea.
7	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-326 BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL - 20K	B01 ADAPTADOR DE ENERGÍA TIPO SCHUKO PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA DE 220 VAC DE ENTRADA.	Solicitamos al Comité considerar el ADAPTADOR DE ENERGÍA TIPO SCHUKO PARA TRABAJAR CON RED MONOFÁSICA DE 220 VAC DE ENTRADA O SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE.	Ceñirse a lo requerido en la EETT. En la obra los tomacorrientes son tipo schuko o tres en línea.
8	VAN REPRESENTACIONES GENERALES EIRL	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D-326 BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL - 20K	A07 EXACTITUD HASTA DE 5 GRAMOS.	Solicitamos al Comité considerar y ampliar la EXACTITUD en el rango de 5 a 10 gramos.	Considerar lo siguiente: A07: EXACTITUD: 5GR < 10 KG > 10GR