



CLAVE	
COM-112	
SISTEMA DE CONEXIÓN ESTERIL DE TUBULADURAS	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DEFINICION DE EQUIPO	
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS	
A	DESCRIPCION GENERAL
A01	CON SOLDADOR DE TUBO ESTERIL
	TCD Wafers
A02	SISTEMA QUE PERMITE LA CONEXIÓN DE DOS TUBOS DEL MISMO O DIFERENTE DIAMETROS.
A03	100 HOJAS/CAJA (COMO MINIMO)
A04	Aprobado para Soldadura liquido a liquido, liquido a seco y seco a seco
A05	Tecnología exprimer el medio fluido rapidamente desde el punto de contacto de la soldadura
A06	Pinzas para aseguramiento, eliminan el desplazamiento y el mal alineamiento
A07	El mecanismo de carga asegura el alineamiento preciso del tubo
A08	Operación con un boton
A09	Pan el visualizador agradable al usuario
A10	LÁMINA DE CARGA ÚNICA, CODIFICADA POR COLOR, SIN ATASCAMIENTO DE LÁMINAS (OPCIONAL)
A11	MECANISMO DE CARGA TAMPER LOCK (OPCIONAL)
A12	Alineamiento de tubería preciso para cierres seguros
A13	SOLDADURA DE ESTERILIZACIÓN DOBLE (OPCIONAL)
A14	Auto-control diagnóstico con cada soldadura
A15	EL EQUIPO DEBE ACEPTAR TUBULADURAS DE UN DIAMETRO EXTERNO DE 3.9 A 6.0 MM Y UN DIAMETRO INTERNO DE 2.9 A 4.1 MM
B	Otras condiciones adicionales
Cantidad	1 2 1
Garantía	12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida universitaria / Calle German Amezaaga 375)
Plazo de entrega	El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario
Vigencia Tecnológica	-
Año de Fabricación	Minimo - 2023
Capacitación	El proveedor deberá impartir una capacitación de 02 horas de duración y para al menos 02 personas. Al término de la capacitación, el contratista deberá entregar una constancia y/o certificado
Instalación	SI
Otros	Manual de usuario
Países elegibles (ver anexo - G)	<u>País de Origen</u> "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."
C	IMAGEN DE REFERENCIA
	



CLAVE	FLOTADOR DE TEJIDOS		
COM-084			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DEFINICION DE EQUIPO			
SISTEMA PARA SUMERGIR LOS CORTES DE MICRÓTOMO Y FACILITAR SU ESTIRAMIENTO			
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS			
A	GENERALES		
A01	CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO		
A02	TANQUE DE DEPÓSITO DE AGUA		
A03	DE FACIL LIMPIADO		
A04	CON AJUSTE RAPIDO Y PRECISO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA		
A05	CON PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO		
A06	FUENTE DE ALIMENTACION CON PROTECCION DE AGUA		
A07	CONTROL DE NIVEL DE AGUA MEDIANTE SENSOR O TECNOLOGÍA DE ACUERDO AL FABRICANTE.		
A08	CON PANTALLA DIGITAL		
A09	PROFUNDIDAD MAX. UTILIZABLE APROX. 56mm		
A10	CAPACIDAD DE TANQUE: 2L O MAYOR		
A11	RANGO DE TEMPERATURA HASTA 90°C		
A12	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS: LARGO: 360mm, ANCHO: 330mm, ALTURA: 110mm (+/- 10%)		
B	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
B01	FUSIBLE DE INSTRUMENTO, CIRCUITO PRIMARIO: T 6.3 A		
B02	14 FUENTE DE ALIMENTACION: 220-240V, 50-60Hz, 1200 VA		
C	Otras condiciones adicionales		
Cantidad	4		
Garantía	12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.		
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida universitaria / Calle German Amezaga 375)		
Plazo de entrega	El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario		
Vigencia Tecnológica	-		
Año de Fabricación	Mínimo - 2023		
Capacitación	El proveedor deberá impartir una capacitación de 02 horas de duración y para al menos 02 personas. Al término de la capacitación, el contratista deberá entregar una constancia y/o certificado		
Instalación	SI		
Otros	Manual de Usuario		
Países elegibles (ver anexo - G)	<u>País de Origen</u> "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."		
C	IMAGEN DE REFERENCIA		
   			

CLAVE	LECTOR DE TIRAS DE ORINA	
COM-115		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		
DEFINICION DE EQUIPO		
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS		
A	DESCRIPCION GENERAL	
A01	Lector de tiras urinarias	
A02	Memoria de instrumento: 950 resultados de análisis del paciente, 200 nombres y/o ID de paciente	
A03	Análisis de tira urinaria o de casete	
A04	Normas de seguridad: analizador es un sistema informático de Clase A	
A05	LECTURA DE CODIGOS DE BARRAS (OPCIONAL)	
A06	Resultados de análisis en menos de un minuto	
A07	Datos seguros	
	CONTENIDO	
A08	1 Analizador	
A09	1 bloque de alimentación de red	
A10	1 cable de alimentación	
A11	1 rollo de papel para impresora térmica	
A12	1 CD-Rom de documentación multilingüe	
A13	1 manual de uso	
B	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	
B01	Alimentación: pilas alcalinas de tipo AA de tamaño 6	
C	Otras condiciones adicionales	
Cantidad	4	
Garantía	12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.	
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida universitaria / Calle German Amezcaga 375)	
Plazo de entrega	El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario	
Vigencia Tecnológica	-	
Año de Fabricación	Mínimo - 2023	
Capacitación	El proveedor deberá impartir una capacitación de 02 horas de duración y para al menos 02 personas. Al término de la capacitación, el contratista deberá entregar una constancia y/o certificado	
Instalación	SI	
Otros	Manual de usuario	
Países elegibles (ver anexo - G)	<u>País de Origen</u> "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."	
D	IMAGEN DE REFERENCIA	
   		

CLAVE	TERMOBLOQUE	
COM-209		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		
DEFINICION DE EQUIPO		
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS		
A	GENERALES	
A01	Carcasa exterior en ABS térmico	
A02	Precisión de la temperatura excelente	
A03	Movimiento rotativo optimo	
A04	Parámetros controlados y programables mediante pantalla digital	
A05	Precisión de lectura sencilla en el control del monitor	
A06	Control exacto de la temperatura con termostato PID	
A07	Rotación de mezcla eficiente y precisa	
A08	Bajo nivel de ruido de trabajo, incluso en velocidad de 15.000 rpm	
A09	Verátil, elegir entre 5 bloques de muestra	
A10	Fabricado segpun normaticas CEE	
B	DATOS TÉCNICOS	
B01	DIMENSIONES: 218 X 285 X 178 MM O DE ACUERDO AL FABRICANTE	
B02	Precisión de 0,5°C	
B03	CLASE DE PROTECCIÓN IP 40 O DE ACUERDO AL FABRICANTE	
B04	CLASE DE SEGURIDAD 0 O DE ACUERDO AL FABRICANTE	
B05	Precisión de Temperatura de 0,5 °C	
B06	CONTROL DE TEMPERATURA DE 4 A 100°C	
B07	RANGO DE TEMPERATURA 4° - 100°C	
B08	Uniformidad de temperatura 0,5°C	
B09	Temporizador 1min-99h-59min	
B10	VELOCIDAD VARIABLE 300 A 1,400 RPM o Mayor	
B11	PESO: 3,2 KG APROXIMADAMENTE	
C	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	
C01	Capacidad de calentamiento de 200W	
C02	Alimentación de 220 V / 50 Hz	
D	Otras condiciones adicionales	
Cantidad	2	
Garantía	12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.	
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida universitaria / Calle German Amezcaga 375)	
Plazo de entrega	El proveedor deberá entregar los bienes en 30 días calendario	
Vigencia Tecnológica	-	
Año de Fabricación	Minimo - 2023	
Capacitación	SI	
Instalación	SI	
Otros	-	
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."	
B	IMAGEN DE REFERENCIA	
   		