


	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)	
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA	
CLAVE C-146	BARRA PARALELAS PARA ADULTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DEFINICIÓN DE EQUIPO EQUIPO UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES EN MEDICINA FÍSICA.		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		
A	GENERALES	
A01	PARA EJERCICIOS TERAPÉUTICOS. IDEAL PARA TRABAJAR EN ADULTOS CON DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA, PROBLEMAS MOTORES Y SENSORIALES.	
A02	PLATAFORMA DE MADERA CAPIRONA ANTI DESLIZANTE, LONGITUD DE 3 M.	
A03	TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 3 M DE LARGO.	
A04	ALTURA Y ANCHO REGULABLE.	
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES	
Cantidad	1	
Garantía	12 meses	
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía S/N)	
Plazo de entrega	60 días	
Vigencia Tecnológica	NO	
Año de Fabricación	Mínimo - 2024	
Capacitación	-	
Instalación	SI	
Otros	Manual de usuario	
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."	
C	IMAGEN DE REFERENCIA	
		





ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
(EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA

CLAVE
D-168

ESCALERA COMBINADA CON RAMPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DE EQUIPO


EQUIPO UTILIZADO PARA REHABILITACIÓN DE PACIENTES EN MEDICINA FÍSICA


REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS

A	GENERALES
A01	RAMPA CON PASAMANOS EN MADERA.
A02	PARA UBICACIÓN ESQUINERO ANGULO DE 90° DONDE CONFLUYEN AMBAS GRADAS.
A03	CUBIERTA CON MATERIAL ANTI DESLIZANTE.
A04	GRADAS DE TAMAÑO: 64" DE LARGO, 30" DE ANCHO
A05	GRADAS CON PASAMANOS EN MADERA.
A06	CUBIERTA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE.
A07	TRES ESCALONES A UN LADO Y RAMPA CON PASAMANOS A LO LARGO DE LA GRADA: 56" LARGO Y ANCHO 30"
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
Cantidad	1
Garantía	12 meses
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)
Plazo de entrega	60 días
Vigencia Tecnológica	NO
Año de Fabricación	Mínimo - 2024
Capacitación	-
Instalación	SI
Otros	Manual de usuario
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."

C

IMAGEN DE REFERENCIA




	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)	
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA	
CLAVE D-175	MULETAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINICIÓN DE EQUIPO DISPOSITIVOS DE APOYO DISEÑADOS PARA AYUDAR A LOS PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA O PROBLEMAS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES.		
REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS		
A	GENERALES	
A01	MULETAS AJUSTABLES AL ANTEBRAZO PARA ADULTO.	
A02	MATERIAL: ALUMINIO.	
A03	TOPE ACOLCHONADO.	
A04	ALTURA AJUSTABLE.	
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES	
Cantidad	1	
Garantía	12 meses	
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)	
Plazo de entrega	60 días	
Vigencia Tecnológica	NO	
Año de Fabricación	Minimo - 2024	
Capacitación	-	
Instalación	-	
Otros	Manual de usuario	
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."	
B	IMAGEN DE REFERENCIA	
		



	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)																																			
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA																																			
CLAVE D-177	RUEDA PARA EJERCICIO DE HOMBROS																																			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTA DE FISIOTERAPIA Y ENTRENAMIENTO FÍSICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD, FUERZA Y FLEXIBILIDAD DE LOS MÚSCULOS Y ARTICULACIONES DE LOS HOMBROS.																																				
REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS																																				
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>GENERALES</th> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>RUEDA DE HOMBRO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED, SIN ARO.</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>DIÁMETRO DE LA RUEDA: 90-100 CM APROXIMADAMENTE.</td> </tr> <tr> <td>A03</td> <td>ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO.</td> </tr> <tr> <td>A04</td> <td>BASTIDOR GIRATORIO DE 900 MM REGULABLE EN ALTURA.</td> </tr> <tr> <td>A05</td> <td>EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE ESFUERZO HACE EL GIRO CON UNA RESISTENCIA CONSTANTE.</td> </tr> <tr> <th>B</th> <th>OTRAS CONDICIONES ADICIONALES</th> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Garantía</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Lugar de entrega</td> <td>El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td>60 días</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Tecnológica</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Año de Fabricación</td> <td>Mínimo - 2024</td> </tr> <tr> <td>Capacitación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>Manual de usuario</td> </tr> <tr> <td>Países elegibles (ver anexo - G)</td> <td> País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." </td> </tr> </table>			A	GENERALES	A01	RUEDA DE HOMBRO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED, SIN ARO.	A02	DIÁMETRO DE LA RUEDA: 90-100 CM APROXIMADAMENTE.	A03	ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO.	A04	BASTIDOR GIRATORIO DE 900 MM REGULABLE EN ALTURA.	A05	EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE ESFUERZO HACE EL GIRO CON UNA RESISTENCIA CONSTANTE.	B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES	Cantidad	1	Garantía	12 meses	Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)	Plazo de entrega	60 días	Vigencia Tecnológica	NO	Año de Fabricación	Mínimo - 2024	Capacitación	-	Instalación	SI	Otros	Manual de usuario	Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."
A	GENERALES																																			
A01	RUEDA DE HOMBRO CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED, SIN ARO.																																			
A02	DIÁMETRO DE LA RUEDA: 90-100 CM APROXIMADAMENTE.																																			
A03	ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO.																																			
A04	BASTIDOR GIRATORIO DE 900 MM REGULABLE EN ALTURA.																																			
A05	EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE ESFUERZO HACE EL GIRO CON UNA RESISTENCIA CONSTANTE.																																			
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES																																			
Cantidad	1																																			
Garantía	12 meses																																			
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)																																			
Plazo de entrega	60 días																																			
Vigencia Tecnológica	NO																																			
Año de Fabricación	Mínimo - 2024																																			
Capacitación	-																																			
Instalación	SI																																			
Otros	Manual de usuario																																			
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."																																			
<table border="1"> <tr> <th>C</th> <th>IMAGEN DE REFERENCIA</th> </tr> </table>			C	IMAGEN DE REFERENCIA																																
C	IMAGEN DE REFERENCIA																																			







ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
(EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA

CLAVE

D-165

BICICLETA ERGONOMÉTRICA PARA ADULTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DE EQUIPO

EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN EN BICICLETA

REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS

A

GENERALES

A01

ESTACIONARIA. TAMAÑO ESTÁNDAR PARA PACIENTES ADULTOS.

A02

RESISTENTE DE CARGA VARIABLE. VELOCIDAD DEL PEDAL: 0-199 RPM

A03

REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO.

A04

REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL TIMÓN.

PANEL DE CONTROL

A05

INDICADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD.

A06

INDICADOR DE DISTANCIA EQUIVALENTE RECORRIDA.

A07

CONTADOR DE TIEMPO DE EJERCICIO.

PROGRAMAS DE EJERCICIO

A08

MÍNIMO TRES (03) PROGRAMAS DEFINIDOS.

A09

CARGA CONSTANTE.

B

ACCESORIOS

B01

DOS (02) SETS DE SENSORES O CABLES PARA CUANTIFICAR LA FRECUENCIA DEL PULSO.

C

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

C01

CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON BATERÍA O RED MONOFÁSICA 220 VAC / 60Hz. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM. LÍNEA A TIERRA

D

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

Cantidad

1

Garantía

24 meses

Lugar de entrega

El proveedor entregará los equipos en:
IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
(Av. Hermógenes Mejía S/N)

Plazo de entrega

60 días

Vigencia
Tecnológica

SI

Año de
Fabricación

Mínimo - 2024

Capacitación

El proveedor deberá impartir una capacitación de 01 modulo a nivel de usuario con una duración de 02 horas, 01 modulo a nivel de servicio con una duración de 02 horas para al menos 02 personas. Al término de la capacitación, el contratista deberá entregar una constancia y/o certificado de capacitación al personal capacitado.

Instalación

SI

Otros

Manual de usuario

Países elegibles
(ver anexo - G)

País de Origen


"Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."

E

IMAGEN DE REFERENCIA





	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)																																			
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA																																			
CLAVE D-170	ESPEJO POSTURAL																																			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																				
DEFINICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTA UTILIZADA PARA EVALUAR Y CORREGIR LA POSTURA DEL PACIENTE																																				
REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS																																				
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>GENERALES</th> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>ESPEJO RECTANGULAR PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESNIVELES EN LOS PACIENTES.</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>ESTRUCTURA BASE Y MARCO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD.</td> </tr> <tr> <td>A03</td> <td>MEDIDAS APROXIMADAS: 180 CM X 60 CM.</td> </tr> <tr> <td>A04</td> <td>SOLIDA BASE RODABLE CON CUATRO RUEDAS CON FRENO.</td> </tr> <tr> <td>A05</td> <td>DIVISIONES PARA EVALUAR LA POSTURA.</td> </tr> <tr> <th>B</th> <th>OTRAS CONDICIONES ADICIONALES</th> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Garantía</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Lugar de entrega</td> <td>El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía S/N)</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td>60 días</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Tecnológica</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Año de Fabricación</td> <td>Mínimo - 2024</td> </tr> <tr> <td>Capacitación</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>Manual de usuario</td> </tr> <tr> <td>Países elegibles (ver anexo - G)</td> <td> País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." </td> </tr> </table>			A	GENERALES	A01	ESPEJO RECTANGULAR PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESNIVELES EN LOS PACIENTES.	A02	ESTRUCTURA BASE Y MARCO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD.	A03	MEDIDAS APROXIMADAS: 180 CM X 60 CM.	A04	SOLIDA BASE RODABLE CON CUATRO RUEDAS CON FRENO.	A05	DIVISIONES PARA EVALUAR LA POSTURA.	B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES	Cantidad	1	Garantía	12 meses	Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía S/N)	Plazo de entrega	60 días	Vigencia Tecnológica	NO	Año de Fabricación	Mínimo - 2024	Capacitación	—	Instalación	—	Otros	Manual de usuario	Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."
A	GENERALES																																			
A01	ESPEJO RECTANGULAR PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESNIVELES EN LOS PACIENTES.																																			
A02	ESTRUCTURA BASE Y MARCO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD.																																			
A03	MEDIDAS APROXIMADAS: 180 CM X 60 CM.																																			
A04	SOLIDA BASE RODABLE CON CUATRO RUEDAS CON FRENO.																																			
A05	DIVISIONES PARA EVALUAR LA POSTURA.																																			
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES																																			
Cantidad	1																																			
Garantía	12 meses																																			
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía S/N)																																			
Plazo de entrega	60 días																																			
Vigencia Tecnológica	NO																																			
Año de Fabricación	Mínimo - 2024																																			
Capacitación	—																																			
Instalación	—																																			
Otros	Manual de usuario																																			
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."																																			
C IMAGEN DE REFERENCIA																																				
																																				



PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA

CLAVE
D-176

POLEA CON CONTRAPESAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DEFINICIÓN DE EQUIPO


DISPOSITIVO UTILIZADO PARA REALIZAR EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, ESPECIALMENTE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD ARTICULAR Y FORTALECER LOS MÚSCULOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS




A	GENERALES
A01	ESTRUCTURA DE ACERO.
A02	PINTURA ELECTROESTÁTICA.
A03	PESO AJUSTABLE DE MODO MECÁNICO.
A04	PUÑOS DE TRACCIÓN.
A05	PARA EJERCICIOS DE MIEMBROS SUPERIORES
A06	PARA EJERCICIOS DE MIEMBROS INFERIORES (INCLUYE CORREA TIPO VELCRO)
B	DIMENSIONES APROXIMADAS
B01	ANCHO; ALTO; PROFUNDIDAD: 70 X 158 X 15 CM.
C	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
Cantidad	1
Garantía	12 meses
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía S/N)
Plazo de entrega	60 días
Vigencia Tecnológica	NO
Año de Fabricación	Mínimo - 2024
Capacitación	-
Instalación	SI
Otros	Manual de usuario
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."

D IMAGEN DE REFERENCIA



	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)					
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA					
<table border="1"> <tr> <td>CLAVE</td> <td rowspan="2">PELOTAS PARA EJERCICIOS</td> </tr> <tr> <td>D-333</td> </tr> </table>				CLAVE	PELOTAS PARA EJERCICIOS	D-333
CLAVE	PELOTAS PARA EJERCICIOS					
D-333						
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
DEFINICIÓN DE EQUIPO ACCESORIO PARA EJERCICIOS INDIVIDUALES O PROGRAMAS DE EJERCICIOS GRUPALES.						
REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS						
A GENERALES						
A01	SET DE PELOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS (TAMAÑO DE 45,55, 65 Y 75 CM, DE DIÁMETRO).					
A02	PELOTA DE DESINFLADO LENTO (SDS), PROBADO HASTA LOS 114 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA EN TRABAJO Y PESO DINÁMICO; Y HASTA 455 KILOGRAMOS DE PESO ESTÁTICO.					
A03	IDEAL PARA EJERCICIOS INDIVIDUALES O PROGRAMAS DE EJERCICIOS GRUPALES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA COLUMNA, FORTALECER EL TRONCO ASÍ COMO LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO.					
A04	MEJORA EL BALANCE Y LA COORDINACIÓN. SE USA TAMBIÉN PARA EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO.					
A05	PUEDE SER INFLADO CON UNA BOMBA MANUAL O ELÉCTRICA.					
A06	LIBRE DE LÁTEX.					
B OTRAS CONDICIONES ADICIONALES						
Cantidad	1					
Garantía	12 meses					
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)					
Plazo de entrega	60 días					
Vigencia Tecnológica	NO					
Año de Fabricación	Mínimo - 2024					
Capacitación	-					
Instalación	-					
Otros	Manual de usuario					
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."					
C IMAGEN DE REFERENCIA						
 						



	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)																																			
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA																																			
CLAVE D-403	ESCALERA PARA DEDOS																																			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																				
DEFINICIÓN DE EQUIPO HERRAMIENTA DE REHABILITACIÓN O ENTRENAMIENTO UTILIZADA PARA MEJORAR LA FUERZA, MOVILIDAD Y COORDINACIÓN DE LOS DEDOS Y LAS MANOS.																																				
REQUERIMIENTOS TÉCNICO MÍNIMOS																																				
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>GENERALES</th> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>PARA EJERCITAR LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.</td> </tr> <tr> <td>A02</td> <td>MÍNIMO DE 30 ESCALONES.</td> </tr> <tr> <td>A03</td> <td>AUMENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO.</td> </tr> <tr> <td>A04</td> <td>AYUDA A MOTIVAR EL MOVIMIENTO INDIVIDUAL DEL HOMBRO.</td> </tr> <tr> <td>A05</td> <td>MADERA CAOBA O SIMILAR.</td> </tr> <tr> <th>B</th> <th>OTRAS CONDICIONES ADICIONALES</th> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Garantía</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Lugar de entrega</td> <td>El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td>60 días</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Tecnológica</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Año de Fabricación</td> <td>Mínimo - 2024</td> </tr> <tr> <td>Capacitación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>Manual de usuario</td> </tr> <tr> <td>Países elegibles (ver anexo - G)</td> <td> País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." </td> </tr> </table>			A	GENERALES	A01	PARA EJERCITAR LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.	A02	MÍNIMO DE 30 ESCALONES.	A03	AUMENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO.	A04	AYUDA A MOTIVAR EL MOVIMIENTO INDIVIDUAL DEL HOMBRO.	A05	MADERA CAOBA O SIMILAR.	B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES	Cantidad	1	Garantía	12 meses	Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)	Plazo de entrega	60 días	Vigencia Tecnológica	NO	Año de Fabricación	Mínimo - 2024	Capacitación	-	Instalación	SI	Otros	Manual de usuario	Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."
A	GENERALES																																			
A01	PARA EJERCITAR LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.																																			
A02	MÍNIMO DE 30 ESCALONES.																																			
A03	AUMENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO.																																			
A04	AYUDA A MOTIVAR EL MOVIMIENTO INDIVIDUAL DEL HOMBRO.																																			
A05	MADERA CAOBA O SIMILAR.																																			
B	OTRAS CONDICIONES ADICIONALES																																			
Cantidad	1																																			
Garantía	12 meses																																			
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)																																			
Plazo de entrega	60 días																																			
Vigencia Tecnológica	NO																																			
Año de Fabricación	Mínimo - 2024																																			
Capacitación	-																																			
Instalación	SI																																			
Otros	Manual de usuario																																			
Países elegibles (ver anexo - G)	País de Origen "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."																																			
<table border="1"> <tr> <th>B</th> <th>IMAGEN DE REFERENCIA</th> </tr> <tr> <td colspan="2">    </td> </tr> </table>			B	IMAGEN DE REFERENCIA	  																															
B	IMAGEN DE REFERENCIA																																			
  																																				

	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CUI 2411125)		
	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NO LIGADO A OBRA		
CLAVE D-167	CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DEFINICIÓN DE EQUIPO CONJUNTO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO PSICOLÓGICO Y MOTRIZ DE PACIENTES PEDIÁTRICOS PARA SU DESARROLLO INTEGRAL EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.			
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS			
			
A	GENERALES		
A01	LOS MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA TRABAJAR EL DESARROLLO GLOBAL DE LOS NIÑOS (MOTRIZ, COGNITIVO, AFECTIVO, SOCIAL, ETC.), A TRAVÉS DE SU CUERPO Y DEL MOVIMIENTO.		
B	ACCESORIOS		
B01	TRES (03) BALANCINES DE DIFERENTES FIGURAS (ARDILLA, VACA, PERRO, DÁLMATA, CABALLO O PATO) HECHO EN ALTA DENSIDAD FORRADO CON LINO PESADO PLASTIFICADO LAVABLE DE DIFERENTES COLORES.		
B02	DOS (02) BARRILES DE COLORES EN FORMA DE 2 CONOS UNIDOS POR DONDE LOS NIÑOS PODRÁN GATEAR Y RODAR CON COMODIDAD. ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 21K X M3 FORRADO EN LONA O LINO PESADO PLASTIFICADO EN COLORES BÁSICOS COMO AZUL, VERDE, ROJO, AMARILLO CON CIERRE, DE 1 METRO DE ALTURA.		
B03	CINCO (05) COLCHONETAS PERSONALES DE 100 X 50 CM Y 5 CM DE ESPESOR EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y LINO PESADO PLASTIFICADO LAVABLE.		
B04	TRES (03) RULOS DE 100CM DE ALTURA X 70CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR GROSOR DE PAREDES DE 10 CM HECHO EN LINO PESADO PLASTIFICADO LAVABLE Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN COLORES BÁSICOS		
B05	DOS (02) CUÑAS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y FORRADO CON LINO PESADO PLASTIFICADO Y LAVABLE.		
B06	UNA (01) PISCINA ESQUINERA (1/4 DE CIRCULO) CON BASE ACOLCHADA EN LINO PESADO PLASTIFICADO LAVABLE CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PISCINA DESGLOSABLE LAS PAREDES SIRVE COMO COLCHONETA DE DESCANSO CON IMÁGENES MARINAS, LA ALTURA DE LA BARANDA ES DE 50 CM Y CON 10 CM DE ESPESOR, CON RADIO DE LA PISCINA DE 1.5 M.		
C	Otras condiciones adicionales		
Cantidad	1		
Garantía	24 meses		
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: IEST 4 DE JUNIO DE 1821, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Av. Hermógenes Mejía Solf S/N)		
Plazo de entrega	60 días		
Vigencia Tecnológica	-		
Año de Fabricación	Minimo - 2024		
Capacitación	-		
Instalación	-		
Otros	-		
	<u>País de Origen</u>		
Países elegibles (ver anexo - G)	"Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."		
C	IMAGEN DE REFERENCIA		



