

COMPARACIÓN DE PRECIOS PE-L1227-P000274

“Adquisición de Aspirador de Secreciones Rodable del Programa de Enfermería Técnica”

PLIEGO DE ENMIENDAS

N°	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice							Debe decir											
1	ESPECIFICACIONES TECNICAS	2.1	"Nivel acústico: 51.7 Db a 65 dB"							"Nivel acústico menor o igual a 65 dB (a 1 mt)" Sustento: Menor nivel de ruido ofrece mayor confort											
2	LINEAMIENTOS	Numeral 17: Plazo de entrega	Lote 1	Plazo (dc)	Descripción				Cantidad	Lote 1	Plazo (dc)	Descripción				Cantidad					
			1	Hasta 55 días	Aspirador de Secreciones Rodable				43	1	Hasta 55 días	Aspirador de Secreciones Rodable				45					
3	LINEAMIENTOS	Formulario N°03	(...)									(...)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Lote1	Descripción de los Bienes	Cantidad y Unidad Física	País de Origen	Plazo de Entrega (expresado en días calendario)	Valor unitario Sin IGV	Valor unitario con IGV	Precio del servicio conexo de corresponder (*)	Valor total (Col 7 * Col 3)+(col 8)	Lote1	Descripción de los Bienes	Cantidad y Unidad Física	País de Origen	Plazo de Entrega (expresado en días calendario)	Valor unitario Sin IGV	Valor unitario con IGV	Precio del servicio conexo de corresponder (*)	Valor total (Col 7 * Col 3)+(col 8)	
			1	Aspirador de secreciones Rodable	43							1	Aspirador de secreciones Rodable	45							
			SUB TOTAL LOTE 01									SUB TOTAL LOTE 01									
			TOTAL DE LOTE OFERTADO									TOTAL DE LOTE OFERTADO									
			(...)									(...)									

N°	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice	Debe decir
4	ESPECIFICACIONES TECNICA	2.1 A09	"Sistema de doble frasco de policarbonato con capacidad total de 6000 cc a 8000 cc."	"Sistema de doble frasco de policarbonato con capacidad total de 6000 cc a 10000 cc." Sustento: La ampliación de la capacidad máxima total de los frascos de 8000 cc a 10000 cc no debe ser impedimento para la participación de proveedores. Con el mismo criterio no se acepta aumentar la capacidad mínima total de 6000 cc a 8000 cc.
5	ESPECIFICACIONES TECNICA	2.1 A01	" Rodante (rodable), con parachoques y con sistema de frenos en dos ruedas".	" Rodante (rodable), con parachoques y con sistema de frenos en dos o cuatro ruedas". Sustento: Un sistema de frenos con 2 ruedas es suficiente para inmovilizar el equipo, en aras de no limita la oferta de proveedores se puede aceptar hasta sistema de frenos en 4 ruedas.

Lima,27 de octubre de 2025

El Comité de Evaluación.