

COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P000245
Adquisición DE EQUIPOS DE MEDICIÓN del IEST 4 DE JUNIO DE 1821 – JAEN
ABSOLUCION DE ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	PICSA PERÚ S.A.C.	Anexo N°01 EETT	EETT / E-370 / A06	Las normas ASTM D2166, D2850 y ASTM D4767 mencionan: - Prueba estándar de resistencia a la compresión sin confinar del suelo cohesivo - Método de prueba estándar para la compresión triaxial no consolidada y no drenada en suelos cohesivos. - Método de prueba estándar para la compresión triaxial consolidada y no drenada en suelos cohesivos. Todas refieren a ensayos generales pero no exactamente a la prueba CBR sujeto de adquisición del presente lote. Se solicita al comité si se puede considerar la norma ASTM D1883 Método de prueba estándar para la relación de carga de CBR de suelos compactados en laboratorio	El oferente debe ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas. La norma ASTM D1883 se requiere en las EETT del Equipo para prueba CBR (E-803).
2	PICSA PERÚ S.A.C.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLAZO DE ENTREGA	Todos / Plazo de entrega	Considerando que estos equipos al ser especializados se fabrican a pedido, sin contar los tiempo en tránsito, nacionalizació y despacho, solicitamos al comité si pudiera ampliar el plazo de entrega hasta 100 días calendarios	El oferente debe ceñirse a los plazos de entrega requeridos.

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Jorge Luis Cabanillas Terrones Miembro titular