


COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P00129
ADQUISICION DE EQUIPOS DE FOTODOCUMENTACION Y OTROS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LE 94 SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION DE GELES	Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
2	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LE 98 PREPARADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO	Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
3	OFERENTE 02	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los items, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ITEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
4	OFERENTE 03	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION DE GELES	A1 A5 A09 PLAZO DE ENTREGA	A01 PANTALLA 12.5" O MAYOR PARA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN SOLICITAMOS: PANTALLA 12.5" O COMPATIBLE CON PANTALLA EXTERNA MAYOR PARA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN A05 CÁMARA OSCURA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO SOLICITAMOS: CÁMARA OSCURA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO O SEGÚN FABRICANTE A09 PANTALLA TOUCH SCREEN SOLICITAMOS: PANTALLA TOUCH SCREEN O SEGÚN FABRICANTE PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO SOLICITAMOS: 85 DÍAS CALENDARIO	SOLICITAMOS: PANTALLA 12.5" O COMPATIBLE CON PANTALLA EXTERNA MAYOR PARA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN No se acoge la consulta, se exige que la pantalla este integrada al equipo. SOLICITAMOS: CÁMARA OSCURA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO O SEGÚN FABRICANTE No se acoge la consulta, considerando que se busca durabilidad del accesorio. SOLICITAMOS: PANTALLA TOUCH SCREEN O SEGÚN FABRICANTE No se acoge la consulta, considerando que la tecnología ofertada debe ser superior a lo solicitado. SOLICITAMOS: 85 DÍAS CALENDARIO No se acoge la consulta.
5	OFERENTE 03	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LE 98 PREPARADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO	A05 PLAZO DE ENTREGA	A05 4 PROGRAMAS O MODOS DE OPERACION COMO MINIMO: ESTANDAR, AGAR CHOCOLATE, BAÑO DE AGUA Y AUTOCLAVADO SOLICITAMOS: PROGRAMAS O MODOS DE OPERACION COMO MINIMO: ESTANDAR, AGAR CHOCOLATE, BAÑO DE AGUA Y AUTOCLAVADO O PROGRAMABLE PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO SOLICITAMOS: 85 DÍAS CALENDARIO	SOLICITAMOS: PROGRAMAS O MODOS DE OPERACION COMO MINIMO: ESTANDAR, AGAR CHOCOLATE, BAÑO DE AGUA Y AUTOCLAVADO O PROGRAMABLE No se acoge la consulta, los modos de operación solicitados son mínimos. SOLICITAMOS: 85 DÍAS CALENDARIO No se acoge la consulta.

9

Nº	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
6	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE 94 SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION DE GELES	A03 RESOLUCIÓN: 9PX	En las bases solicitan: A03 resolución: 9PX Al respecto, solicitamos amablemente al comité especial mejorar la característica técnica de la resolución a fin de obtener imágenes más nítidas y adecuadas en la observación de ADN y otros. Por lo tanto solicitamos amablemente al comité especial, modificar la característica técnica a: A03 resolución: 12 MPX	Se acoge la consulta, considerando que existen modelos de diferentes marcas disponibles en el mercado, los cuales cumplen con la resolución propuesta. A03 resolución: 9 MPX O SUPERIOR VER ENMIENDA N° 01
7	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE 94 SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION DE GELES	A05 CÁMARA OSCURA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO	En las bases solicitan: A05 cámara oscura de acero inoxidable y aluminio Al respecto, evidenciamos que no se han indicado los accesorios necesarios para poder operar el equipo de manera completa y adecuada por ejemplo la tabla para muestras ultravioleta. Por lo tanto solicitamos amablemente al comité especial, incluir dicho accesorio para un trabajo completo: A12 tabla para muestras UV	Dado que la especificación técnica detalla los requerimientos técnicos mínimos, el proveedor deberá suministrar todos los accesorios necesarios que garanticen el correcto y óptimo funcionamiento del equipo. Se acoge su consulta. A05 cámara oscura de acero inoxidable y aluminio con tabla para muestras UV VER ENMIENDA N° 02
8	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LE 98 PREPARADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO	A03 APERTURA INDEPENDIENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA DOSIFICACIÓN DE ADITIVO	En las bases solicitan: A03 apertura independiente de alimentación para la dosificación de aditivo Al respecto considerando que se busca contratar o adquirir un preparador automático de medios de cultivo, no se evidencia el accesorio anexo obligatorio para mantener las condiciones de seguridad y esterilización, tal como el dispensador de medios de cultivo. Por lo tanto solicitamos amablemente al comité especial, agregar como accesorio: A09 Sistema de llenado y dosificación controlado por bomba de dispensación	Se acoge la consulta, considerando que es necesario para el uso del bien a contratar y se incluya en las especificaciones. A03 apertura independiente de alimentación para la dosificación de aditivo y Sistema de llenado y dosificación controlado por bomba de dispensación o según diseño del fabricante. VER ENMIENDA N° 03
9	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LE 98 PREPARADOR AUTOMÁTICO DE MEDIOS DE CULTIVO	A07 PROTECCIÓN SOBRE TEMPERATURA	En las bases solicitan: A08 mezclado continuo con agitador magnético Al respecto, no se hace mención del rango de revoluciones por minuto para la agitación de los medios de cultivo. Por lo tanto, solicitamos amablemente al comité especial, modificar dicha característica a: A08 mezclado continuo con agitador magnético en rango programable de hasta 240 rpm	ACLARACION El punto A08 está abierto al rango de revoluciones que ofrezca el fabricante. No obstante, el equipo debe contar con velocidades ajustables que garanticen una mezcla homogénea sin formación de espuma ni burbujeo.

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular