

ENMIENDA 80

CLAVE	PLANOS INCLINADOS		
COM-162			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DEFINICION DE EQUIPO			
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS			
A	DESCRIPCION GENERAL		
A01	Múltiples posiciones de inclinación se consiguen mediante un pedal que transmite y fija por su componente telescópico a la posición elegida o mediante un actuador eléctrica		
A02	El bastidor, lleva en su parte superior y posterior un asidero transverso que facilita el movimiento de basculación y transporte		
A03	Reposapiés desmontable		
A04	Cuatro ruedas para facilitar el desplazamiento, las dos posteriores con freno		
A05	Se acompaña un juego de tres cinchas para fijación de torax y extremidades inferiores		
A05	ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA DURACION		
A06	Tapiceria ignífuga		
A07	Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz		
A08	Medidas: 170 x 70 cm COMO MINIMO		
B	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA		
B03	Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz		
C	Otros condiciones adicionales		
Cantidad	10		
Garantía	12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.		
Lugar de entrega	El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM		
Plazo de entrega	El proveedor deberá entregar los bienes en 30 días calendario		
Vigencia Tecnológica	No requiere		
Año de Fabricación	Minimo - 2024		
Capacitación	No requiere		
Instalación	No requiere		
Otros			
Países elegibles (ver anexo - G)	<u>País de Origen</u>		
	"Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela."		
  			

