

COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P00130
ADQUISICION DE CAMARA DE ELECTROFORESIS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	EETT	ITEM 2 - LE 42 VISCOSIMETROS En las EETT solicitan: A02 VISCOSIDAD MÁXIMA 600.000 mPas	Solicitamos se sirva ampliar el RANGO DE VISCOSIDAD MÁXIMA A 2'000.000 mPas y así permitir la mayor participación de postores	SE ACOGE LA CONSULTA, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES A02 VISCOSIDAD DE 600.000 mPas O SUPERIOR VER ENMIENDA N° 01
2	OFERENTE 01	EETT	ITEM 2 - LE 42 VISCOSIMETROS En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
3	OFERENTE 02	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los ítems, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ITEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
4	OFERENTE 02	8 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA FORMULARIO N° 08 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	- PARA TODOS LOS ITEMS	Se solicita muy amablemente al Comité de Evaluación que aclare si resulta obligatorio presentar la "Autorización del fabricante y/o distribuidor autorizado", considerando que en las bases figura como (NO APLICABLE).	Teniendo en cuenta la complejidad de los bienes, se solicita de manera obligatoria el FORMULARIO N° 08 Autorización del fabricante y/o distribuidor autorizado ver enmienda N° 02
5	OFERENTE 02	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GARANTIA	- PARA TODOS LOS ITEMS	Se solicita al Comité de Evaluación, muy amablemente, se considere la posibilidad de unificar la garantía para todos los equipos en 12 meses, en atención a que dicha garantía constituye el estándar que los principales fabricantes y distribuidores ofrecen de manera regular. Establecer un plazo de 12 meses permite homogeneizar las condiciones técnicas entre los distintos equipos y simplificar la gestión de mantenimiento y soporte. Cabe señalar que, en la práctica, garantías superiores a 12 meses suelen implicar costos adicionales que se trasladan al precio final, encareciendo la adquisición sin necesariamente representar un beneficio proporcional. Por lo expuesto, solicitamos se aclare si es posible que se acepte como válida una garantía estándar de 12 meses para todos los equipos.	SE ACEPTA LA CONSULTA con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores, la libre competencia y la obtención de las mejores condiciones se acepta la garantía de 12 meses ver enmienda N° 03
6	OFERENTE 03	Numeral 12	SISTEMA DE ELECTROFORESIS AUTOMATIZADO	En el numeral 12. Forma de calificación detallan que se deberá adjuntar y presentar con su oferta documentación técnica para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la información proporcionada (brochure, URL, datasheet, documentación técnica), debe especificar la marca, modelo, país de origen y/o declaración del fabricante y/o Distribuidor Autorizado de ser el caso. No se aceptará declaración jurada por parte del Oferente. En ese sentido, solicitamos respetuosamente al Comité de Evaluación considerar como documento obligatorio la presentación de la Carta de Distribuidor Autorizado, con el propósito de garantizar la funcionalidad del bien ofertado. Ello resulta indispensable en tanto se requiere una Garantía Comercial de 48 meses, la cual solo puede asegurarse si el postor acredita su condición de Distribuidor Autorizado, garantizando así la adecuada funcionalidad del producto y el soporte técnico durante todo el periodo de garantía.	ver enmienda N° 02

9

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDJJ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
7	OFERENTE 03	LE30	SISTEMA DE ELECTROFORESIS AUTOMATIZADO	En el requerimiento de un sistema de electroforesis automatizado, se solicita: A07: Kit de inicio para análisis de ADN y ARN (10 unidades de cada uno) Con relación a esta especificación técnica, las fábricas de los equipos de electroforesis automatizada presentan productos para la cuantificación de ácidos nucleicos por rangos de cuantificación, en el caso la marca que representamos existe un kit para cuantificar desde 10 - 100 ng/μL con un límite de detección de 0.5 ng/μL, y otro producto que va desde 10 - 1000 pg/μL (1ng en el límite superior) con un límite de detección de 5 pg/μL, juntos cubren todo el rango solicitado debido a sus límites de detección. Consultamos respetuosamente al área usuaria en coordinación con el comité seleccionador si el kit de inicio es para uno de estos rangos o si desean ambos para sumarlos a nuestra propuesta.	ACLARACION Los kits deben cubrir todo el rango solicitado, asegurando la cobertura integral en los análisis de ADN y ARN.
8	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LE51 EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	A02 CAPACIDAD DE MUESTRA: HASTA 60 MUESTRAS SOLICITAMOS: CAPACIDAD DE MUESTRA: HASTA 60 MUESTRAS O MÁS B01 PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O SIMILARES SOLICITAMOS: PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O SIMILARES, O DE MAYOR CAPACIDAD C02 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MÁS SOLICITAMOS: 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MÁS C05 SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA SOLICITAMOS: SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS.	Se acepta la consulta, con la finalidad de permitir la participación en un mayor número de marcas y modelos SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ENMIENDAS : A02 CAPACIDAD DE MUESTRA: HASTA 60 MUESTRAS COMO MINIMO B01 PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O MAYOR CAPACIDAD C02 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MÁS C05 SALIDA DENTRO DEL RANGO: 10 - 300V, 4-400mA O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS. VER ENMIENDA N° 04
9	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LE52 EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL	B02 GROSOR DE PEINES: 0.75 y 2 mm entre otros SOLICITAMOS: GROSOR DE PEINES: 0.75 O 2 mm entre otros C02 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE SOLICITAMOS: 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MÁS C05 SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA SOLICITAMOS: SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS.	Se acepta la consulta, con la finalidad de permitir la participación en un mayor número de marcas y modelos SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ENMIENDAS : B02 GROSOR DE PEINES: DE ACUERDO AL FABRICANTE C02 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MÁS C05 SALIDA DENTRO DEL RANGO: 10 - 300V, 4-400mA O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS. VER ENMIENDA N° 05
10	OFERENTE 05	17. PLAZO DE ENTREGA	ITEM 1, 2, 3, 4	Se solicita al comité de evaluación muy amablemente, considerar ampliar los plazos de entrega, como mínimo a 90 días calendario.	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad de los equipos se mantiene el plazo de entrega
11	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	¿Qué tipo de muestras desea medir con el viscosímetro? (ejemplo: aceites, jarabes, pinturas, cremas, polímeros, etc.)	ACLARACION Los VISCOSIMETROS serán utilizados para medir ALIMENTOS
12	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	¿Cuál es el rango aproximado de viscosidad de sus muestras o el valor de referencia esperado?	ACLARACION El rango esperado dependerá del tipo de alimento.
13	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	¿Qué volumen de muestra suelen manejar y en qué tipo de recipientes realizarán las mediciones?	ACLARACION El volumen mínimo empleado es de 100 μl
14	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	Necesitan que se incluya el software con la licencia (LIMS (Laboratory Information Management System)?	ACLARACION No se requiere software de conexión.
15	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	¿Qué método de muestreo aplicarán?	ACLARACION Se busca adquirir un Viscosímetro de Rotación
16	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	Actualmente el modelo solicitado se encuentra discontinuado, ya no suelen venir equipos mecánicos, es factible presentar una mejor versión, con pantalla touch.	ACLARACION El postor puede ofertar mejoras, siempre que se respete o mejoren las especificaciones descritas.
17	OFERENTE 05	03 EETT P00130	ITEM 2: VISCOSIMETROS	Se usará para control de calidad o investigación y desarrollo?	ACLARACION Se aclara que los equipos están destinados a las áreas de investigación.
18	OFERENTE 06	PAGINA 10 17. PLAZO DE ENTREGA	ELECTROFORESIS POR CAPILARIDAD VISCOSIMETROS CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	¿Podrían precisar si las denominaciones correctas de los equipos son las que se detallan en el folio 10 de los DDJJ o si se deben considerar las denominaciones del documento PDF ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO?	ACLARACION Se aclara que los títulos correctos son los descritos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Los títulos de los Licitamientos son genéricos por lo tanto usar los siguientes TÍTULOS O ENCABEZADOS LE30 SISTEMA DE ELECTROFORESIS AUTOMATIZADO LE42 VISCOSIMETROS LE51 EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL LE52 EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL
19	OFERENTE 06	PAGINA 14 FORMULARIO N° 03 FORMULARIO DE LA OFERTA	La definición del servicio conexo se encuentra en las EETT.	Se solicita que en el Formulario N° 03 se indique el precio del servicio conexo que se indique en las EETT. Al respecto, en dichas EETT no se precisa cuál será el servicio conexo. ¿Podrían precisar que no corresponde el servicio conexo para la presente adquisición, debiendo colocar \$/0.00 en el Formulario N° 03?	ACLARACION los servicios conexos, se refieren al precio del ENVÍO, TRANSPORTE, CAPACITACION, INSTALACION ENTRE OTROS, es facultad del proveedor desglosar el precio conexo o indicar que es el precio total del ítem incluye los servicios conexos
20	OFERENTE 06	PAGINA 22 FORMULARIO N° 11	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	Se entiende que durante el periodo de garantía del bien, el servicio de diagnóstico de fallas y el suministro de repuestos están cubiertos. Vencido el plazo de garantía ofertado, estos tienen un costo. ¿Podrían precisar que el compromiso a que se refiere el Anexo N° 11 consiste en que vencido el periodo de garantía, el proveedor debe tener la capacidad de cotizar el servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos?	ACLARACION El servicio post venta debe garantizar que el proveedor realice mantenimientos o suministrar componentes y repuestos por el periodo de tiempo de la vida útil del bien y posterior al periodo de garantía. Esos montos serán asumidos por la universidad

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
21	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL B ACCESORIOS B01 Peines de 15 y 20 pocillos o similares	¿Aceptaría peine de 15 pocillos en lugar de peine de 15 pocillos?	ver enmienda N° 04
22	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL Vigencia Tecnológica D.J del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos)	¿Podrían precisar que el compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos a que se refiere la declaración jurada por vigencia tecnológica significa que, una vez vencida la garantía del equipo, el proveedor tenga la capacidad de cotizar el suministro de actualización, insumos, materiales o repuestos?	ACLARACION El servicio post venta debe garantizar que el proveedor realice mantenimientos o suministrar componentes y repuestos por el periodo de tiempo de la vida útil del bien y posterior al periodo de garantía. Esos montos serán asumidos por la universidad
23	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL Otros Manual de Usuario y Manual de Servicio	Actualmente los fabricantes de este tipo de equipos emiten únicamente manual de usuario/operación, el mismo que contiene también información del manual de servicio, tales como mantenimiento y solución de problemas. ¿Aceptarian la entrega únicamente del manual de usuario/operación?	ACLARACION Considerando que es el proveedor quien debiera brindar los alcances posteriores durante la capacitación, como mantenimiento diario, semanal o mensual. Se aceptara manual de usuario y/o operación y/o manual de servicio
24	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL B ACCESORIOS B01 MÍNIMO DE 5 PEINES DE 8 A MAS POCILLOS	¿Aceptaría mínimo 4 peines de 8 pocillos a más??	ACLARACION : No se acoge la consulta, considerando que se evidencia la pluralidad de marcas y modelos disponibles en el mercado.
25	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL E Otros condiciones adicionales Garantía 24 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos.	¿Aceptaría una garantía de 12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los equipos?	ver enmienda N° 03
26	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL Otros Manual de Usuario y Manual de Servicio	Actualmente los fabricantes de este tipo de equipos emiten únicamente manual de usuario/operación, el mismo que contiene también información del manual de servicio, tales como mantenimiento y solución de problemas. ¿Aceptarian la entrega únicamente del manual de usuario/operación?	ACLARACION Considerando que es el proveedor quien debiera brindar los alcances posteriores durante la capacitación, como mantenimiento diario, semanal o mensual. Se aceptara manual de usuario y/o operación y/o manual de servicio
27	OFERENTE 06	PAGINA 23 ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL Vigencia Tecnológica D.J del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos)	¿Podrían precisar que el compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos a que se refiere la declaración jurada por vigencia tecnológica significa que, una vez vencida la garantía del equipo, el proveedor tenga la capacidad de cotizar el suministro de actualización, insumos, materiales o repuestos?	ACLARACION El servicio post venta debe garantizar que el proveedor realice mantenimientos o suministrar componentes y repuestos por el periodo de tiempo de la vida útil del bien y posterior al periodo de garantía. Esos montos serán asumidos por la universidad
28	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 02: VISCOSIMETRO	DICE EN LAS EETT: A03 "PRECISIÓN: ±2 %" SE OBSERVA QUE EN LAS EETT SE SOLICITA UNA PRECISIÓN DE ±2 %, SIN EMBARGO, EN EL MERCADO EXISTEN VISCOSIMETROS QUE ALCANZAN PRECISIONES DE ±1 % E INCLUSO ±0.5 %, LO QUE CONSTITUYE UNA MEJORA TÉCNICA QUE ASEGURA MAYOR EXACTITUD Y CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: PRECISIÓN: ±2 % O MENOR	SE ACOGE LA CONSULTA, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MARCAS Y MODELOS. A03 "PRECISIÓN: ±2 % O MENOR VER ENMIENDA N° 06
29	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 3 CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	DICE EN LAS EETT: A01 "SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA UNA RÁPIDA SEPARACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADN Y RNA EN GELES DE AGAROSA." SE OBSERVA QUE LAS EETT MENCIONAN ADN Y RNA; SIN EMBARGO, LOS SISTEMAS DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON GEL DE AGAROSA ESTÁN DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA SEPARACIÓN DE ADN Y PUEDEN SER EMPLEADOS DE MANERA EQUIVALENTE PARA RNA. BAJO EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y DE LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: SISTEMAS DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA SEPARACIÓN DE ADN Y/O RNA EN GELES DE AGAROSA.	ACLARACION EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SEPARAR FRAGMENTOS DE ADN Y ARN EN GEL DE AGAROSA.

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
30	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 3 CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	DICE EN LAS EETT: A02 "CAPACIDAD DE MUESTRAS: HASTA 60 MUESTRAS." LA ESPECIFICACIÓN ESTABLECE UN MÁXIMO DE 60 MUESTRAS; SIN EMBARGO, EXISTEN SISTEMAS DE ELECTROFORESIS QUE PERMITEN PROCESAR UN NÚMERO CONSIDERABLEMENTE MAYOR DE MUESTRAS LO QUE CONSTITUYE UNA MEJORA TÉCNICA AL INCREMENTAR EL RENDIMIENTO EN CADA CORRIDA. BAJO EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: CAPACIDAD DE MUESTRAS: HASTA 60 O MÁS MUESTRAS.	VER ENMIENDA N° 04
31	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 3 CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	DICE EN LAS EETT: A03 "TAMAÑOS DE BANDEJA DE GEL (ANCHO x LARGO): MÍNIMO 15 x 7 CM Y 15 x 10 CM." EL REQUERIMIENTO FLUJ DIMENSIONES MÍNIMAS; NO OBSTANTE, EXISTEN EQUIPOS QUE DISPONEN DE BANDEJAS DE MAYOR TAMAÑO, LO QUE BRINDA MAYOR FLEXIBILIDAD EXPERIMENTAL Y PERMITE CORRIDAS DE ALTO VOLUMEN. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: TAMAÑOS DE BANDEJA DE GEL: MÍNIMO 15 x 7 CM Y 15 x 10 CM O DE MAYORES DIMENSIONES.	SE ACOGE LA CONSULTA, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MARCAS Y MODELOS. A03 TAMAÑOS DE BANDEJA DE GEL (ANCHO x LARGO): MÍNIMO 15 x 7 CM Y 15 x 10 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE VER ENMIENDA N° 07
32	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 3 CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	DICE EN LAS EETT: B01 "PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O SIMILARES." EL REQUERIMIENTO PLANTEA DOS MEDIDAS ESPECÍFICAS; SIN EMBARGO, ALGUNOS EQUIPOS INCORPORAN PEINES CON MAYOR NÚMERO DE POCILLOS LO QUE OPTIMIZA EL USO DEL GEL Y PERMITE ANALIZAR UN MAYOR VOLUMEN DE MUESTRAS EN CADA CORRIDA, CONFORME AL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O SIMILARES, INCLUYENDO OPCIONES DE MAYOR NÚMERO DE POCILLOS.	VER ENMIENDA N° 04
33	OFERENTE 07	Especificaciones Técnicas	ITEM 4 CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	DICE EN LAS EETT: B02 "GROSOR DE PEINES: 0,75 Y 2 MM ENTRE OTROS." LOS EQUIPOS DE ELECTROFORESIS VERTICAL UTILIZADOS PARA PAGE Y SDS-PAGE EMPLEAN PEINES CON DISTINTOS GROSORES, TODOS ELLOS ADECUADOS PARA LA CORRECTA POLIMERIZACIÓN DEL GEL Y LA RESOLUCIÓN DE PROTEÍNAS EN LOS ENSAYOS. BAJO EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACOGER: PEINES CON GROSOR ENTRE 0,75 MM Y 2 MM.	VER ENMIENDA N° 05

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Mòrel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular