


COMPARACIÓN DE PRECIOS PE-L1227-P00129

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE FOTODOCUMENTACION Y OTROS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AGRARIA LA MOLINA”

PLIEGO DE ENMIENDAS

| N° | Sección de los DDL                                                                     | Num<br>eral,<br>Líter<br>al | Dice                                                                            | Debe decir                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS<br>LE 94 SISTEMA DE<br>FOTODOCUMENTACION<br>DE GELES      | A03                         | A03 RESOLUCIÓN: 9PX                                                             | A03 RESOLUCIÓN: 9 MPX O SUPERIOR                                                                                                                                                         |
| 2  | ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS<br>LE 94 SISTEMA DE<br>FOTODOCUMENTACION<br>DE GELES      | A05                         | CÁMARA OSCURA DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO.                                   | A05 cámara oscura de acero inoxidable y aluminio con tabla para muestras UV                                                                                                              |
| 3  | ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS<br>LE 98 PREPARADOR<br>AUTOMÁTICO DE<br>MEDIOS DE CULTIVO | A03                         | A03 - APERTURA INDEPENDIENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA<br>DOSIFICACIÓN DE ADITIVO | A03 apertura independiente de alimentación para la dosificación de aditivo y<br>Sistema de llenado y dosificación controlado por bomba de dispensación o según<br>diseño del fabricante. |

Lima, 09 de setiembre de 2025

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Luis Alberto Lévano Peña<br><b>Presidente Titular</b>                                 | Jordi Morel Gómez Silva<br><b>Miembro titular</b>                                     | Carlos Alberto Nieto Palma<br><b>Miembro titular</b>                                |