

COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P000128
ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
PLIEGO DE ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDLU NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LE11 VISCOOLER CONSERVADOR	A03 RANGO DE OPERACIÓN 0°C A 5°C SOLICITAMOS: RANGO DE OPERACIÓN 2 °C A 8 °C A04 ACABADO INTERIOR EN ACERO PREPINTADO BLANCO SOLICITAMOS: ACABADO INTERIOR EN ACERO PREPINTADO BLANCO O SEGÚN FABRICANTE A06 ACABADO EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO SOLICITAMOS: ACABADO EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO O SEGÚN FABRICANTE A09 REFRIGERANTE R-134a SOLICITAMOS: REFRIGERANTE R600a B03 ILUMINACION FLUORESCENTE SOLICITAMOS: ILUMINACION BLANCA SEGÚN FABRICANTE C02 COMPRESOR HERMETICO DE 1/3 HP SOLICITAMOS: COMPRESOR HERMETICO SEGÚN FABRICANTE	A FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MARCAS Y MODELOS, SE ACOGE LA CONSULTA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ENMIENDAS: A03 RANGO DE OPERACIÓN MÍNIMO 2 °C A MAYOR A 5° DE ACUERDO AL MODELO DEL FABRICANTE A04 ACABADO INTERIOR EN ACERO PREPINTADO BLANCO O SEGÚN FABRICANTE A06 ACABADO EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO O SEGÚN FABRICANTE A09 REFRIGERANTE R600a U OTROS REFRIGERANTES ECOLOGICOS B03 ILUMINACION BLANCA SEGÚN FABRICANTE C02 COMPRESOR HERMETICO SEGÚN FABRICANTE VER ENMIENDA N° 01
2	OFERENTE 02	LE11 VISCOOLER CONSERVADOR	B03 ILUMINACION FLUORESCENTE	Solicitamos al Comité, considerar Iluminacion Fluorescente, LED o de acuerdo al fabricante. Teniendo en consideración que cada fabricante tiene sus propias tecnologías.	VER ENMIENDA N° 01
3	OFERENTE 02	LE11 VISCOOLER CONSERVADOR	A03 RANGO DE OPERACIÓN 0°C A 5°C	Solicitamos al Comité, aclaración del rango de temperatura para este equipo, ya que las temperaturas estándar de la mayoría de equipos con estas características trabajan un rango de +2° a +8°.	VER ENMIENDA N° 01
4	OFERENTE 03	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ÍTEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los ítems, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ÍTEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega
5	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 1 - LE 11 VISCOOLER CONSERVADOR En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega
6	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 2 - LE 19 ESTACION DE ANESTESIA PARA INVESTIGACION ANIMAL En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega
7	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 3 - LE 41 ESTERILIZADOR DE ASAS DE SIEMBRA En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega
8	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 4 - LE 57 CAMARA CLIMATICA FITOTRON En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
9	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 5 - LE 58 DIVISORES DE MUESTRAS En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega
10	OFERENTE 04	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ITEM 6 - LE 58 CONTADOR AUTOMATICO DE SEMILLAS En las EETT solicitan: Plazo de Entrega: El proveedor deberá entregar los bienes en 60 días calendario	Solicitamos se sirva ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, teniendo en consideración que, los plazos tanto para la manufactura, importación, transporte y nacionalización de la carga, para así permitir la mayor participación de postores	No se acoge la consulta, teniendo en cuenta la necesidad del los equipos se mantiene el plazo de entrega

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular