


COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L1227-P00124
Adquisición DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y OTROS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
1	OFERENTE 01	17. PLAZO DE ENTREGA	LOTE 1	Se solicita al comité de evaluación muy amablemente, considerar ampliar los plazos de entrega del LOTE 1, como mínimo a 90 días calendario. Por tanto, a fin de permitir una ejecución eficiente y cumplir con los plazos exigidos.	ACLARACION : NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE, teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios
2	OFERENTE 02	CM29: GUILLOTINA DE PAPEL	A02 DISEÑADO PARA CORTAR PAPEL A2, A3, A4, A5, FOTOS, ETIQUETAS	Solicitamos retirar dentro de los formatos indicados el A2, ya que las dimensiones de este formato son 42cm x 59.4cm y según las dimensiones aproximadas indicadas en el punto B01 son de 26x37cm. Con lo cual seria incompatible con el formato de dicho tamaño de papel.	Se acoge la consulta , por error de digitacion se solicito el formato A2. se realizara la siguiente modificacion: A02 : DISEÑADO PARA CORTAR PAPEL A3, A4, A5, FOTOS,ETIQUETAS VER ENMIENDA 01
3	OFERENTE 02	CM29: GUILLOTINA DE PAPEL	A03 CON CUCHILLA DE ACERO AUTOAFILABLE TIPO MACHETE	Solicitamos ampliar la especificacion tecnicas agregando de la siguiente forma:	ACLARACION : No se acoge la consulta, considerando que la capacidad "autoafilable" es una característica necesaria y obligatoria.
4	OFERENTE 02	CM29: GUILLOTINA DE PAPEL	A03 Con cuchilla de acero inoxidable autoafilable o de larga duracion tipo machete.	A03 Con cuchilla de acero inoxidable autoafilable o de larga duracion tipo machete.	
5	OFERENTE 02	CM29: GUILLOTINA DE PAPEL	A05 LONGITUD DEL MANGO: 480 MM	Solicitamos al comité ampliar la especificacion tecnica: A05 Longitud del mango: 480mm o según fabricante dependiendo las dimensiones de la plataforma.	Se acoge la consulta, con la finalidad de permitir la participacion de un mayor numero de marcas y modelos. Se realizara la siguiente modificacion: A05 LONGITUD DEL MANGO: 480 MM O DE ACUERDO AL FABRICANTE VER ENMIENDA 02
6	OFERENTE 02	CLAVE: CE36 - MAQUINA DESTROZADORA DE PAPEL	B01 ANCHO: 260MM X LARGO: 370MM X ALTO: 35MM	Solicitamos al comité considerar las medidas de acuerdo a cada fabricante.	Se acoge la consulta, con la finalidad de permitir la participacion de un mayor numero de marcas y modelos. Se realizara la siguiente modificacion: B01 ANCHO: 260MM X LARGO: 370MM X ALTO: 35MM O DE ACUERDO AL FABRICANTE VER ENMIENDA 03
7	OFERENTE 03	LOTE 1 - AC1 OSCILOSCOPIO DIGITAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A02: VELOCIDAD DE MUESTREO REAL 2 GSa/s	Se solicita al comité especial considerar una velocidad de muestreo Real de 1.25 GSa/s a más, permitiendo a su vez la mayor pluralidad de postores potenciales.	ACLARACION : No se acoge la consulta, considerando que es una especificación crucial, ya que la frecuencia de muestreo debe ser, como mínimo, el doble de la frecuencia más alta de la señal de interés.
8	OFERENTE 03	LOTE 3 - CM28 PIZARRA MOVIL DE ACERO VITRIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A05: CAJETÍN REPOSA ROTULADORES Y PINZA PORTABLOCS MÓVIL.	Solicitamos al comité especial, muy amablemente confirmar a qué se refiere con cajetín reposa rotuladores y pinza portablocs móvil?	ACLARACION : El cajetín y la pinza son accesorios que deben incluirse en la pizarra. El primero en la base de la pizarra para colocar los rotuladores y el segundo para insertar blocks de notas.
9	OFERENTE 03	LOTE 3 - CM29 GUILLOTINA PARA PAPEL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	B01: ANCHO: 260mm x LARGO: 370mm x ALTO: 35mm	solicitamos al comité especial considerar que las dimensiones sean "de acuerdo al fabricante", ya que las dimensiones dependen del diseño de cada fabricante, sin alterar la funcionalidad propia del equipo.	Se acoge la consulta, con la finalidad de permitir la participacion de un mayor numero de marcas y modelos. Se realizara la siguiente modificacion: B01 ANCHO: 260MM X LARGO: 370MM X ALTO: 35MM O DE ACUERDO AL FABRICANTE VER ENMIENDA 04
10	OFERENTE 03	LOTE 3 - CE30 DISPENSADOR DE AGUA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DISPENSADOR DE AGUA	Solicitamos al comité especial, muy amablemente indicar si la conexión del agua es directa del caño, Agua de pozo ó Agua de Subterráneo.	ACLARACION : La conexión del agua sera directa del caño o grifo de agua.

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA
11	OFERENTE 03	LOTE 3 - CE30 DISPENSADOR DE AGUA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	B01: 310mm x 372mm x 995mm	solicitamos al comité especial considerar que las dimensiones sean "de acuerdo al fabricante", ya que las dimensiones dependen del diseño de cada fabricante, sin alterar la funcionalidad propia del equipo.	Se acoge la consulta, con la finalidad de permitir la participacion de un mayor numero de marcas y modelos. Se realizara la siguiente modificacion: B01: 310mm x 372mm x 995mm Y/O MEDIDAS SIMILARES Y/O MEDIDAS APROXIMADAS VER ENMIENDA 05
12	OFERENTE 03	ANEXO N°01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARA TODOS LOS ITEMS	PLAZO DE ENTREGA	Se solicita unificar y ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario para todos los items, considerando que los equipos requeridos son de origen extranjero y demandan un tiempo adicional para su fabricación, importación, desaduanaje y demás controles previos. Estos procesos hacen inviable cumplir con el plazo de 60 días establecido. Para el fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, se solicita al Comité de Evaluación, ampliar el plazo de entrega a 90 DIAS CALENDARIO PARA TODOS LOS ITEMS, a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.	ACLARACION : NO SE ACOGE LA CONSULTA O SOLICITUD DEL OFERENTE, teniendo en cuenta la necesidad de adquirir los bienes solicitados. Por lo tanto EL PLAZO DE ENTREGA se mantiene en 60 días calendarios

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular