



COMPARACIÓN DE PRECIOS PE-L1227-P00130
“ADQUISICION DE CAMARA DE ELECTROFORESIS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA”
PLIEGO DE ENMIENDAS

N°	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice	Debe decir
1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE 42 VISCOSIMETROS	A02	A02 VISCOCIDAD MÁXIMA 600,000 mPas	A02 VISCOSIDAD DE 600,000 mPas O SUPERIOR
2	LINEAMIENTOS TODOS LOS ITEMS	FORMULARIO N° 08 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	FORMULARIO N° 08 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (NO APLICA)	FORMULARIO N° 08 AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OBLIGATORIO
3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TODOS LOS ITEMS	Otras condiciones adicionales Garantía	Garantía: 24 meses	Garantía: 12 meses
4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE51 EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	A02 B01 C02 C05	A02 : CAPACIDAD DE MUESTRA: HASTA 60 MUESTRAS B01 : PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O SIMILARES C02 : 04 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE C05 : SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA	A02 : CAPACIDAD DE MUESTRA: HASTA 60 MUESTRAS COMO MINIMO B01 : PEINES DE 15 Y 20 POCILLOS O MAYOR CAPACIDAD C02 : 04 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MAS C05 : SALIDA DENTRO DEL RANGO: 10 - 300V, 4-400Ma O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS.
5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE51 EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL	B02 C02 C05	B02 GROSOR DE PEINES: 0,75 y 2 mm entre otros C02 4 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE C05 SALIDA: 10 - 300V, 4-400mA	B02 GROSOR DE PEINES: DE ACUERDO AL FABRICANTE C02: 04 SALIDAS EN PARALELO QUE PERMITEN TRABAJAR CON 4 CUBETAS SIMULTANEAMENTE O MAS C05 SALIDA DENTRO DEL RANGO: 10 - 300V, 4-400mA O CONFIGURABLE EN ESTOS RANGOS.

9

N°	Sección de los DDL	Numeral, Literal	Dice	Debe decir
6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A03	A03 PRECISIÓN: $\pm 2\%$	A03 "PRECISIÓN: $\pm 2\%$ O MENOR
7	LE 42 VISCOSIMETROS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LE51 EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	A03	A03 "TAMAÑOS DE BANDEJA DE GEL (ANCHO x LARGO): MÍNIMO 15 x 7 CM Y 15 x 10 CM."	A03 TAMAÑOS DE BANDEJA DE GEL (ANCHO x LARGO): MÍNIMO 15 x 7 CM Y 15 x 10 CM O DE ACUERDO AL FABRICANTE

Lima, 09 de setiembre de 2025

		
Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	Carlos Alberto Nieto Palma Miembro titular