

COMPARACION DE PRECIOS N° PE-L-1227-P00227

Adquisición de Equipos de Laboratorio para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos de las E.P de Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNMSM

ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA	MODIFICACION
1	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS A06	FUENTE DE ALIMENTACION CON PROTECCION DE AGUA	La especificación solicita que la fuente de alimentación cuente con protección de agua. El equipo que ofrecemos no incluye esta característica específica dentro de sus especificaciones técnicas. Solicitamos aceptar nuestra propuesta fundamentada en que la fuente de alimentación de nuestro equipo cumple con estándares de seguridad eléctrica, certificados y está diseñada para operar en condiciones controladas de laboratorio que minimizan riesgos de exposición a agua. Además, el diseño general del equipo y su instalación garantizan la protección ante posibles salpicaduras o humedad, asegurando la seguridad y funcionalidad del equipo. Por lo tanto, solicitamos modificar la especificación técnica: FUENTE DE ALIMENTACION CON PROTECCIÓN DE AGUA (OPCIONAL).	Se acoge la consulta, a fin de permitir la participación de un mayor número de marcas y modelos.	FUENTE DE ALIMENTACION CON PROTECCIÓN DE AGUA (OPCIONAL).
2	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS A07	CONTROL DE NIVEL DE AGUA MEDIANTE SENSOR O TECNOLOGIA DE ACUERDO AL FABRICANTE	La especificación solicita que EL CONTROL DEL NIVEL DE AGUA SEA MEDIANTE SENSOR O TECNOLOGIA DE ACUERDO AL FABRICANTE. El equipo que ofrecemos no cuenta con control de nivel mediante sensor, sino un control manual basado en prácticas operativas estándar y protocolos de mantenimiento que aseguran la correcta regulación del nivel del agua durante su uso. Solicitamos aceptar nuestra propuesta fundamentada en que el control manual utilizado garantiza un funcionamiento confiable y seguro del flotador de tejidos histológicos, facilitando además un mantenimiento sencillo y reducción de costos sin afectar la calidad ni la precisión del proceso. Por lo tanto, solicitamos modificar la especificación técnica de la siguiente manera: CONTROL DE NIVEL DE AGUA MEDIANTE SENSOR O TECNOLOGIA DE ACUERDO AL FABRICANTE (OPCIONAL)	No se acoge la consulta, considerando que esta es una función de seguridad básica para evitar la sobrecarga de las resistencias o elementos calefactores.	
3	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS A09	PROFUNDIDAD MAX. UTILIZABLE APROX. 56 mm	La especificación requiere una profundidad máxima utilizable aproximada de 56mm; nuestro equipo presenta una profundidad máxima de 53 mm. Solicitamos aceptar nuestra propuesta fundamentada en que esta diferencia se encuentra dentro de las tolerancias dimensionales estándar aplicables en equipos de laboratorio, sin afectar la funcionalidad ni el desempeño del flotador de tejidos.	Se aclara que la medida de profundidad es aproximada, por lo tanto el participante puede ofertar su modelo con dicho valor cercano a lo solicitado.	
4	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS A12	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS: LARGO: 360 mm, ANCHO 330 mm, ALTURA 110mm (+/- 10%)	El equipo que presento tiene dimensiones de Largo 280 mm, Ancho 280 mm, Altura 105 mm, que se encuentran dentro de rangos aceptables considerando tolerancias dimensionales estándar aplicables en el sector. Solicitamos aceptar nuestra propuesta, dado que las dimensiones menores del equipo no afectan su funcionalidad ni capacidad operativa y cumplen con las normas técnicas de tolerancia dimensional reconocidas para asegurar interoperabilidad y desempeño adecuado.	No se acoge la consulta, considerando que del estudio de mercado realizado se evidencia pluralidad de marcas y modelos.	
5	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS B01	FUSIBLE DE INSTRUMENTO, CIRCUITO PRIMARIO: T 6.3 A	En sus diseños, los fabricantes utilizan diferentes medidas de fusibles; por esta razón, nuestro equipo emplea un fusible de 10A, el cual no afecta el funcionamiento del baño de flotación. Por lo tanto, solicitamos aprobar lo siguiente: FUSIBLE DE INSTRUMENTO, CIRCUITO PRIMARIO: T 6.3 A O DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	Se acoge la consulta, a fin de permitir la participación de un mayor número de marcas y modelos.	FUSIBLE DE INSTRUMENTO, CIRCUITO PRIMARIO

Adquisición de Equipos de Laboratorio para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos de las E.P. de Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNMSM

ANEXO N° 01 - FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIONES

N°	RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE	SECCIÓN DE LOS DDL/ NUMERAL, LITERAL	EETT / BIEN	SOLICITUD DE ACLARACION	RESPUESTA	MODIFICACION
6	OFERENTE 1	FLOTADOR DE TEJIDOS 502	FUENTE DE ALIMENTACION: 220-240V, 50-60Hz, 1200 VA	El fabricante del equipo propuesto diseñó el sistema utilizando componentes cuya suma de potencias alcanza un total de 1200 W, en operación. Por lo tanto, solicitamos aprobar la siguiente especificación técnica para la fuente de alimentación: FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220-240 V, 50-60 Hz, 1200 VA O DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	Se acoge la consulta, a fin de permitir la participación de un mayor número de marcas y modelos.	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220-240 V, 50-60 Hz, 1200 VA O DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE.

 Luis Alberto Lévano Peña Presidente Titular	 Jordi Morel Gómez Silva Miembro titular	 Fanny Luz Arias Espinal Miembro titular
---	---	---